



Štev.: 6416-4/2021/14

Datum: 25. 05. 2021

Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje (v nadaljevanju: urad) izdaja na podlagi 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 - UPB1), ter prvega odstavka 6. člena in prvega odstavka 8. člena Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17, v nadaljevanju: pravilnik) v postopku imenovanja za izvajanje overitev meril električne energije na zahtevo Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, ki ga v postopku zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon (v nadaljevanju: imenovana oseba), naslednjo

ODLOČBO O IMENOVANJU

1. S to odločbo se nadomesti odločba Urada o imenovanju št. 6416-3/2020/12 z dne 24. 6. 2020, tako, da je celotni obseg imenovanja naslednji:

Vrsta merila	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Statični števc: - delovne električne energije razredov točnosti 1, 2, 0,5S, 0,2S** - jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3	- prva* - redna - izredna	Pravilnik o overitvah števcov električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13 – popr. in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu. *Prva overitev se ne izvaja za števc delovne električne energije točnostnega razreda 0,5S, 1 in 2 **Overitev razreda 0,2S se izvaja samo v prostorih imenovane osebe

Statični števeci: - delovne električne energije točnostnih razredov A, B, 1 in 2 - jalove električne energije razredov točnosti 2 in 3	- prva * (statistično vzorčenje) - redna (statistično vzorčenje)	Pravilnik o overitvah števecv električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13 – popr. in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu. *Prva overitev se ne izvaja za statistično vzorčenje statičnih števecv delovne električne energije.
Indukcijski števeci: - delovne električne energije točnostnih razredov 1, 2	- redna - izredna	Pravilnik o overitvah števecv električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13 – popr. in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Statični števeci: - delovne električne energije razredov točnosti A, B, C	- redna - izredna	Pravilnik o overitvah števecv električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13 – popr. in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu.

2. Identifikacijska številka imenovane osebe je 411.

3 Overitve meril v obsegu iz prve točke izreka te odločbe mora imenovana oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije št. K-145 in prilogo k akreditacijski listini št. 3150-0016/19-0003 z dne 08. 04. 2021 ter v skladu z v prvi točki izreka te odločbe navedenim pravnimi predpisi.

O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-145 in njenimi prilogami, mora imenovana oseba nemudoma obvestiti Urad.

4. Imenovana oseba mora v skladu z veljavnimi predpisi poravnati stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb.

5. Imenovana oseba mora:

- izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
- izvajati prve overitve in overitve skladno s predpisi in potrjenimi postopki,
- delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (akreditirane meroslovne storitve, od tega obvezno na področjih, kjer je pridobljena akreditacija, izpolnjevanje vseh zahtev standarda o usposobljenosti kalibracijskih

- laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
- delovati v skladu z dobro poslovno prakso (nezavajajoče oglaševanje, seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve, korektno nastopanje na trgu),
 - nemudoma pisno obvestiti Urad o vseh spremembah (kot so spremembe v zvezi z obsegom akreditacije, postopki overjanja, opremo in osebjem), ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg imenovanja, vključno s spremembami v organizacijah iz drugega odstavka 3. člena pravilnika,
 - vnašati v elektronsko bazo Urada sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah in overitvah ter druge s tem povezane podatke v skladu z navodili Urada,
 - sproti obveščati Urad o vseh usposabljanjih za zunanje izvajalce, ki jih načrtuje na področju imenovanja,
 - obvestiti Urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
 - slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju imenovanja,
 - sodelovati v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad,
 - delovati v skladu z navodili Urada.

6. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje.

7. Obseg imenovanja se objavi na spletni strani Urada.

Obrazložitev:

Dne 09. 04. 2021 je imenovana oseba podala zahtevo št. 6416-4/2021/1 za imenovanje za izvajanje overitev meril v obsegu:

Vrsta merila	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Statični števeci: - delovne električne energije razredov točnosti 1, 2, 0,5S, 0,2S** - jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3	- prva* - redna - izredna	Pravilnik o overitvah števecov električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13 – popr. in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu. *Prva overitev se ne izvaja za števec delovne električne energije točnostnega razreda 0,5S, 1 in 2 **Overitev razreda 0,2S se izvaja samo v

			prostorih imenovane osebe
Statični števc: - delovne električne energije točnostnih razredov A, B, 1 in 2 - jalove električne energije razredov točnosti 2 in 3	- prva * (statistično vzorčenje) - redna (statistično vzorčenje)	Pravilnik o overitvah števcov električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13 – popr. in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu. *Prva overitev se ne izvaja za statistično vzorčenje statičnih števcov delovne električne energije.
Indukcijski števc: - delovne električne energije točnostnih razredov 1, 2	- redna - izredna	Pravilnik o overitvah števcov električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13 – popr. in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Statični števc: - delovne električne energije razredov točnosti A, B, C	- redna - izredna	Pravilnik o overitvah števcov električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13 – popr. in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu.

V predmetni zadevi gre za spremembo obsega imenovanja zaradi možnosti izvajanja overitev meril električne energije tudi na terenu.

Zahteva je vsebovala:

- ime firme in naslov imenovane osebe,
- navedbo obsega, za katerega se imenovanje zahteva,
- navedbo predpisa, ki določa meroslovne zahteve za merila, za katera se imenovanje zahteva.

Zahtevi je bila priložena akreditacijska listina K-145 in priloga št. 3150-0016/19-0003 z dne 08. 04. 2021 ter dokumenti sistema kakovosti (poslovnik kakovosti, delovna navodila, seznam osebja, seznam merilne opreme).

Imenovana oseba je podala izjavo, da nima podpogodbenukov.

S sklepom št. 6416-4/2021/11 z dne 16. 04. 2021 je bila imenovana strokovna komisija z nalogo izvedbe postopka za imenovanje in priprave mnenja o tem, ali imenovana oseba izpolnjuje pogoje iz 3. člena pravilnika.

Strokovna komisija je vlogo s pripadajočo dokumentacijo preučila. Na podlagi pregleda dokumentacije je komisija ugotovila, da je bila vloga popolna in ustreza zahtevam za imenovanje iz 4. člena pravilnika.

Skladno s 3. členom pravilnika je lahko za izvajanje prvih overitev oziroma overitev imenovana pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, če:

1. razpolaga s potrebnim strokovnim osebjem, ki je tehnično in strokovno usposobljeno, ima poklicno integriteto ter varuje poslovno tajnost vseh podatkov, s katerimi se seznanja med opravljanjem svojih nalog,

2. razpolaga s potrebnimi tehničnimi sredstvi ter opremo,

3. ima zavarovano odškodninsko odgovornost za merilno opremo, ki je predmet overitve, razen če za odgovornost jamči država skladno s predpisi,

4. je usposobljen za izvajanje prvih overitev oziroma overitev skladno s:

- predpisom, ki določa meroslovne zahteve za merila v delu, za katerega se imenovanje zahteva,

- predpisom o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti oziroma predpisom o postopku redne overitve meril,

Če osebe imenovane osebe istočasno dela tudi v drugi organizaciji, ki se ukvarja z načrtovanjem, proizvodnjo, dobavo, montažo, uporabo ali vzdrževanjem meril, ki jih imenovana oseba overja, mora imenovana oseba zagotoviti in dokazati, da njeno osebje v tej organizaciji ne sodeluje pri načrtovanju, proizvodnji, dobavi, montaži, uporabi ali vzdrževanju teh meril.

Strokovna komisija je vlogo s pripadajočo dokumentacijo preučila. Po pregledu zahtevi priložene dokumentacije, zapisov o nadzorih v preteklem obdobju in ostalih dokumentov, ki se nahajajo v bazi MIRS-info, je komisija ugotovila, da je zahteva imenovane osebe skladna z akreditacijsko listino SA K-145 in prilogo k akreditacijski listini št. 3150-0016/19-0003 z dne 8. 4. 2021 in zaključila, da je zahteva imenovane osebe za spremembo obsega imenovanja za izvajanje overitev zadevnih vrst meril utemeljena. Komisija je zato izdala pozitivno mnenje št. 6416-4/2021/13 z dne 14. 5. 2021 o upravičenosti spremembe obsega imenovanja, kot izhaja iz tabele izreka te odločbe.

Obveznost imenovane osebe, da v skladu z veljavnimi predpisi poravnava stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb izhaja iz 12. člena Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 124/06, 122/07, 62/10 in 8/16).

Identifikacijska številka imenovane osebe, ki je navedena v 2. točki izreka, je namenjena njeni identifikaciji pri overjanju meril.

V skladu z 9. in 10. členom pravilnika mora imenovana oseba izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju ter

zagotavljati izpolnjevanje drugih obveznosti, navedenih v 5. točki izreka te odločbe.

Skladno s drugim odstavkom 8. člena pravilnika se obseg imenovanja objavi na spletni strani Urada.

Glede na vse zgoraj navedeno se na podlagi 6. člena pravilnika zahtevi ugodi.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik ali elektronsko z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom pri Uradu RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka. Za pritožbo je treba poravnati upravno takso po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) v znesku 18,10 € na TRR št. 01100-1000315637 s sklicem 11 32123 - 7111002.

Taksa za vlogo v znesku 4,50 EUR po tar. št. 1 Zakona o upravnih taksah in taksa za izdajo odločbe v znesku 18,10 EUR po tar. št. 3 Zakona o upravnih taksah sta poravnani.

Postopek vodila:

ga. Mojca Božiček
sekretar

dr. Samo Kopač
direktor

Vročiti:

-Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, osebno po ZUP.

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradiva